

ПУЛЬТ ИСПЫТУЕМОГО (ПИ)

ПАСПОРТ

НКРМ.466961.001-02.01 ПС

1. Общие сведения

Пульт испытуемого (ПИ) для УПДК-МК: НКРМ.466961.001-02.01

Предприятие изготовитель: АО «НЕЙРОКОМ»

2. Назначение

ПИ предназначен для работы в составе комплекса универсального психодиагностического УПДК-МК под управлением персонального компьютера. ПИ позволяет проводить психофизиологические тесты, для этого используются 6 цветных кнопок на панели пульта, вращающиеся рукоятки, светоизлучатель красного диапазона волн, металлическая площадка для теппинг теста, а также подключаемыми датчиками:

- щуп для теппинг теста;
- датчик кожного сопротивления *)

*) комплектуется по отдельному заказу пользователей.

3. Технические характеристики

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Напряжение электропитания | 5 В |
| 2) Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
| 3) Диапазон измерения электрического сопротивления кожи | от 20 кОм до 10000 кОм |
| 5) Габаритные размеры, не более | 230x240x100 мм |
| 6) Масса, не более | 2 кг |

4. Комплектность

Наименование	Обозначение	Кол
1. ПИ	НКРМ.466961.001-02.01	1
2. Паспорт	НКРМ.466961.001-02.01 ПС	1

5. Указания по эксплуатации

Перед установкой пульта убедитесь в наличии и работоспособности USB-порта Вашего компьютера.

6. Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

Прибор ПИ зав. номер SHH-UPDK-P964065
соответствует НКРМ.944119.001 ТУ в части ПИ и признан годным для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при условии соблюдения потребителем правил:
- эксплуатации,
- транспортировки,
- хранения изделия,

Гарантийный срок хранения изделия 3 года со дня его приемки.

Срок гарантийного обслуживания изделия 1 год со дня его отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения.

Условия гарантии:

1. Получатель обязан проверить работоспособность изделия во всех режимах.
2. При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец данного паспорта имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
3. Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранении товарного вида.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:
- поврежденные во время транспортировки,
- вышедшие из строя по вине потребителя (имеющие следы задымления, механические повреждения, повреждения входных электрических цепей),
- вышедшие из строя вследствие некачественного электропитания,
- подвергшиеся самостоятельному ремонту или неправильной эксплуатации.
5. Гарантийное обслуживание производится только на территории АО «НЕЙРОКОМ».

Представитель ОТК АО «НЕЙРОКОМ»



В.А. Пальчиков

В.А. Пальчиков

01 июля 2021

(Фамилия, подпись и дата)

7. Сведения о хранении и консервации

Вид операции (хран., консерв.)			
Дата			
Фамилия и подпись			

Изделие должно храниться в отапливаемых помещениях группы 1(Л) по ГОСТ 15150-69 в штатной упаковке.

8. Транспортировка

Изделие должно транспортироваться в штатной упаковке.

9. Учет неисправностей при работе